

## PEDIDO DE COTAÇÃO 212/2022

O INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE, tornar pública a Compra/Contratação abaixo destacada, e solicita orçamento para o seguinte objeto:

**CONTRATAÇÃO DIRETA - PROCESSO Nº 212/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ANALISADOR BIOQUIMICO POR 12 MESE, CONFORME TERMO REFERENCIAL.**

As propostas deverão ser apresentadas no período de 03/01/2023 até as 23:59h do dia 09/01/2023.

1.As propostas apresentadas deverão ter garantia mínima de 20 dias.

1.3 Os valores a serem cotados deverão ser fixos e devem estar inclusas todas as despesas com a entrega do serviço/produto, além de todos os impostos, encargos, cobranças, taxas, tarifas etc;

1.4 O fornecedor deverá especificar em sua proposta o prazo real/estimado de entrega.

2 Condição de pagamento pretendida na presente contratação: **30 dias após a emissão da nota fiscal.**

2.1 Prazo de entrega pretendido: Imediata

2.2. Ao encaminhar a proposta o fornecedor deverá enviar os certidões de Regularidade Fiscal, sendo elas: FGTS, ESTADUAL, MUNICIPAL e FEDERAL, acompanhada do cartão CNPJ, CONTRATO SOCIAL e DOCUMENTO DO RESPONSÁVEL.

Após confirmação e autorização deste Instituto Alcance, o equipamento deverá ser entregue no seguinte endereço:

**UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL – HMAA**  
**ENDEREÇO: AVENIDA PERNAMBUCO, Nº219 QDR 19, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO -CEP: 76.590-000.**  
**CPNJ DE FATURAMENTO: 27.949.878/0002-05**

Qualquer informação, contatar no e-mail: [Cristiane.brandao@institutoalcance.org.br](mailto:Cristiane.brandao@institutoalcance.org.br)  
Fone: (62) 99606-3055.

Cristiane Oliveira Brandão  
COMPRADORA

TERMO DE REFERÊNCIA	
Nº DA SOLICITAÇÃO:	SC 212
TIPO DE SOLICITAÇÃO:	Contratação de empresa para fornecimento de analisador biológico automatizado por 12 (doze) meses

## 1. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	<b>ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO DE ACESSO RANDÔMICO:</b> Analisador automático de sistema fechado programável para qualquer reagente, capacidade para pelo menos 24 amostras, para até 150 testes ininterruptos por hora, volume mínimo de reação 200uL. Possuindo máxima flexibilidade no carregamento de amostras e reagentes. Intervalo de medição de – 0,05 A 2,5 A ou mais ampla. Intervalo espectral 340 nm a 900nm. Configuração do filtro com pelo menos a 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm. Leitura em absorvância, turbidimetria, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, leituras com padrão, calibrações lineares e não lineares. Controle de qualidade com visualização dos valores. Posições independentes para racks de amostras e reagentes. Capacidades STAT ilimitadas, executar a qualquer momento. Limpeza automática das agulhas de aspiração, detector de níveis de líquidos e proteção contra colisões.	01  (unidade)

## 2. PRAZO DE ENTREGA

2.1. O prazo de entrega do Analisador Bioquímico deverá ser de 10 (dez) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Compra.

## 3. LOCAL DE ENTREGA

Unidade	Endereço completo para entrega
Hospital Municipal Adailton do Amaral	Avenida Pernambuco N°219, setor Eliziário, São Miguel do Araguaia – Go.


#### 4. OUTRAS CONDIÇÕES

4.1. O fornecedor deverá garantir assistência técnica e peças de reposição bem como de peças que comprovadamente mostrarem baixa resistência ou defeitos oriundos de problemas relacionados à fabricação, dentro de um prazo MÁXIMO de 03 (três) dias úteis, sem custo nenhum para o Hospital Municipal Adailton do Amaral - HMAA, dentro do período da garantia, a contar da data da comunicação do problema junto ao mesmo, independente da distância da unidade.

#### 5. DA VIGÊNCIA

5.1A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse da CONTRATANTE.


São Miguel do Araguaia-GO, 28 de dezembro de 2022.

  
Kesya Silva de Oliveira  
Biomédica

**Kesya Silva de Oliveira**  
BIOMÉDICA  
CRBM-GO 14707

  
Angélica Pedatella Miranda Sá  
Gerente Administrativo – HMAA

**Angélica Pedatella Miranda**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
HMAA

  
Joselito Carvalho Reis  
Diretor – HMAA

**Joselito Carvalho dos Reis**  
DIRETOR - HMAA